

Warszawa, dn. 22.03.2017 r.

Nr. sprawy **2/2017/WIP-WIP**

Dot.: postępowania przetargowego na „**Dostawę mebli laboratoryjnych**”. W związku z pytaniami Wykonawcy, dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759.) udziela wyjaśnień:

1. **Pyt. 1.** Czy Zamawiający dopuści aby wszystkie stelaże typu „A” wykonane były z profili stalowych zamkniętych o wymiarze 50x30x2 mm? Jest to standardowy wymiar profilu stosowany przez większość producentów mebli laboratoryjnych, zapewniający wysoką wytrzymałość oraz duże obciążenie. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
2. **Pyt. 2.** Czy Zamawiający dopuści aby nadstawki zbudowane były z pojedynczych profili aluminiowych o wymiarze 40x40x1,5 mm oraz wsporników o wymiarze 30x30x1,5 mm, z poziomym panelem instalacyjnym wykonanym z profili aluminiowych i płyty z żywicy fenolowej, z półkami laminowanymi o gr. 18 mm? Poniżej przedstawiamy opisaną nadstawkę. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. 1 i 2. Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie precyzował obciążalności zamawianych „mebli laboratoryjnych” oraz innych szczegółów rozwiązań konstrukcyjnych przedmiotu zamówienia, polegał na wiedzy i doświadczeniu Wykonawców.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa
Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji

Politechnika Warszawska